



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n. 519 del 02 Maggio 2016

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 187 del 28/6/2015

Oggetto: fornitura di campionatori automatici refrigerati e misuratori di portata in ingresso e in uscita al depuratore di c/da Cappello. [Z091911618].

Liquidazione alla ditta Bio Mass Impianti srl

Anno 2016

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di aprile alle ore ////////// nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.

Vista la deliberazione Consiliare n.78 del 16/11/2015 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.153/2015 del di approvazione PEG provvisorio;

Vista la determinazione sindacale n.4 del 1/2/2016.

Visto l'art.3 della L.r. n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010 convertito in legge con modificazioni della legge n.217/2010;

Viste le determinazioni n.8/2010 e n.10/2010 dell'AVCP;

Premesso che:

questo comune dispone di un impianto di depurazione acque nere provenienti dalla fognatura urbana del comune di Palma di Montechiaro e di stazioni di sollevamento che gestisce per la normale manutenzione tramite affidamento alla ditta NURC srl, giusto contratto Rep.36 del 19 ottobre 2015 ;

l'impianto presenta diverse criticità strutturali che non garantiscono la corretta efficienza depurativa del refluo, così come rilevato dall'ARPA di Agrigento nel sopralluogo del 01/03/2016;

Atteso che:

l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con circolare del 27 luglio 2011, integrata con successiva circolare del 4/5/2015, è intervenuto in materia di trattamento delle acque reflue in ossequio alla direttiva europea in essa richiamata, obbligando i gestori di impianti di depurazione a provvedere all'installazione presso i presidi

depurativi di misuratori di portata e campionatori in continuo delle acque reflue in entrata e in uscita, entro il termine di 90 gg. dalla pubblicazione della stessa;

con verbale del 2 marzo 2016, il Comando Carabinieri Nucleo Operativo Ecologico di Palermo, ha operato il sequestro giudiziario penale del suddetto impianto, nonché delle n.4 stazioni di sollevamento e di n.2 scarichi di acque reflui urbani all'interno di impluvi naturali, per tutta una serie di motivazioni riportate nello stesso, tra le quali la non funzionalità del misuratore di portata in uscita e l'assenza del misuratore di portata all'entrata;

l'impianto è stato affidato in custodia giudiziale al sottoscritto, con l'obbligo di mettere in atto tutti i provvedimenti necessari al ripristino delle condizioni di efficienza della depurazione e di rispetto della normativa vigente;

Considerata l'urgenza di procedere all'acquisto di campionatori automatici e misuratori di portata da posizionare presso l'impianto di depurazione, necessari anche per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, con determinazione n.133 del 21/3/2016 è stata affidata alla Bio Mass Impianti srl, di Trezzano s/N, la *fornitura di n.2 campionatori automatici refrigerati e n.2 misuratori di portata* per importo complessivo di €15.100,00 oltre IVA;

Dato atto che :

in data 1 aprile 2016 è stata stipulata scrittura privata, ai sensi dell'art.9 del vigente regolamento dei lavori in economia, registrata al Rep.9 del 13/4/2016;

la ditta ha effettuato la fornitura regolarmente;

Visto:

il verbale di avviamento e collaudo della strumentazione del 14/4/2016, dal quale risulta che le apparecchiature sono state correttamente installate, programmate e funzionanti;

la nota prot.13976 del 19/4/2016 del dott.Lipani;

la fattura n.2 del 4/4/2016 dell'importo di €16.610,00 IVA compresa, trasmessa in data 22/4/2016 prot.14556;

Il D.U.R.C. regolare in ordine alla posizione contributiva;

Ritenuto di dovere provvedere alla liquidazione della fattura sopra specificata;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Bio Mass Impianti srl, la fattura n.2 del 4/4/2016 dell'importo di €16.610,00 IVA compresa, a saldo della fornitura di *fornitura di campionatori automatici refrigerati e misuratori di portata in ingresso e in uscita al depuratore di di c/da Cappello. [Z091911618]* con pagamento:

- in quanto a € 15.100,00 alla ditta Bio Mass Impianti srl;
- in quanto a €1.510,00 a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art.17 ter del d.P.R. n.633/1972 e successive modifiche e integrazioni.


Di dare atto che la somma di € 16.610,00 trova copertura al cap.10148 imp.n.79270.

Di ridurre l'impegno n.79270 di €.1.812,00.

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, come da comunicazione della ditta;

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4°, del D.lgvo 267/2000.

Il Dirigente U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile



ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell'art.184 del D.L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Rosa Di Blasi



CHRISTIAN GATTI
 Product Manager

STRUMENTAZIONE PER CONTROLLO DI PROCESSO
 FLOTTAZIONE AD ARIA DISSOLTA E FILTRAZIONE
 SISTEMI DI GRIGLIATURA PER ACQUE METEORICHE

VERBALE DI AVVIAMENTO E COLLAUDO STRUMENTAZIONE

Spett.le: Comune di
 PALMA DI MONTECHIARO

c/o Depuratore C.da Cappello
 Indirizzo: S.S. 115
 Palma di Montechiaro (AG)

DETTAGLIO INTERVENTO

Intervento	Arrivo	Data <u>14-4-16</u>	Ore: <u>9:30</u>
	Termine		Ore: <u>15:00</u>
Intervento	Arrivo	Data <u>15-4-16</u>	Ore: <u>8:30</u>
	Termine		Ore: _____
Referente per La Committente _____			

Informazioni relative alle verifiche, avviamento e collaudo effettuato in luogo:

Misuratore di Portata Area-Velocity Mainstream BASE Matricola CO444

Servizio INGRESSO DEPURATORE

Corretta Installazione Collegamenti Elettrici Configurazione Verifica funzionale di esercizio Collaudo Positivo Negativo

Note: Funzionamento verificato su oltre 18 ore di esercizio

Misuratore di Portata su VENTURI 713U Matricola R13P360

Servizio USCITA DEPURATORE

Corretta Installazione Collegamenti Elettrici Configurazione Verifica funzionale di esercizio Collaudo Positivo Negativo

Note: K = 1856 P = 1.50

Campionatore Automatico EiconOmy JACOBIO Matricola 160PAA

Servizio INGRESSO

Corretta Installazione Collegamenti Elettrici Configurazione Verifica funzionale di esercizio Collaudo Positivo Negativo

Note: Campionamento a tempo 1 campione 50ml ogni 30 minuti
Verificato su 18 ore esercizio

Campionatore Automatico EiconOmy JACOBIO Matricola 160PAB

Servizio USCITA

Corretta Installazione Collegamenti Elettrici Configurazione Verifica funzionale di esercizio Collaudo Positivo Negativo

Note: Campionamento a tempo 1 campione 50ml ogni 30 minuti


Note particolari:

Tutte le apparecchiature risultano correttamente
 installate e programmate con collaudo
 effettuato ed esito positivo alla presenza
 del DR. LIPIANI


 (Il Tecnico)

15/4/16
 (Data e Luogo)

per la Committente


 (Il Cliente)



20090 Trezzano s/N (Mi) Via Pagano 28
 Tel. 02 4453223 - Fax. 02 48402025
 info@biomassimpianti.com - www.biomassimpianti.com
 CCIAA Milano 871350 C.F./P. IVA 01749560155
 PEC: biomassimpianti@blupec.it

VERBALE DI INTERVENTO
 INSTALLAZIONE / AVVIAMENTO / COLLAUDO
 MANUTENZIONE / VERIFICHE IN CAMPO
 STRUMENTAZIONE

COMMITTENTE

Spett.le: Comune di
 PALMA DI MONTECHIARO

c/o Depuratore C.da Cappello
 Indirizzo: S.S. 115
 Palma di Montechiaro (AG)

Referente:

DETTAGLIO INTERVENTO

Partenza dalla sede	Data _____	Ore: _____	Km _____
Arrivo in luogo		Ore: _____	Km _____
Fine intervento	Data _____	Ore: _____	
Rientro in sede		Ore: _____	Km _____
RIEPILOGO		Ore: _____	Km _____

TIPOLOGIA APPARECCHIATURE:

Descrizione dell'installazione/avviamento, collaudo/verifiche, manutenzione effettuate in luogo:

Verifica di corretta installazione e funzionamento per tutte le apparecchiature fornite

Collaudo effettuato con esito positivo al seguito della completa messa in esercizio

Note particolari:

Si consiglia di procedere opportune protezioni da irraggiamento solare per tutte le apparecchiature

Materiali forniti e/o sostituiti:

Orari di lavoro effettuati in luogo:

Data:	Dalle ore:	Alle ore:	Intervallo:
14/4/16	9:30	15:00	Dalle _____ Alle _____
15/4/16	8:30	12:00	

[Signature]
 (F. [Name])

15/4/16
 (F. [Name])

per la Committente

[Signature]

Prot. 13876 del 19/4/2011

Per vostra opportuna conoscenza giovedì 14 cm mi sono recato al depuratore per assistere al montaggio e messa in servizio delle attrezzature fornite dalla BIOMASS impianti ne ho verificato il collegamento elettrico e l'effettivo funzionamento; oggi 18 04 cm mi sono nuovamente recato al depuratore per verificarne l'effettivo funzionamento verificando che le portate in entrata ed in uscita sono paragonabili, ovviamente le portate medie andranno valutate dopo almeno 20 30 giorni di misurazioni giornaliere che i tecnici stanno già effettuando e registrando nei fogli di conduzione. Domani mi recherò presso la ARPA della nostra Provincia per concertare con loro come meglio impostare i tempi e i volumi di prelievo nei su menzionati campionatori a seguito di tale incontro vi invierò tali specifiche. Distinti Saluti

Dr Carlo Lipani

Informativa Privacy - Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

Privacy Information - This message, for the D. Lgs n. 196/2003 (Privacy Code), may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation.

Prot. 14556 del 22/4/2016

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. 1245470723

Da: IT04769180151 a: JQUS1V

Formato: SDI11

Telefono: 024453223

E-mail: BIOMASSIMPIANTI@BLUPEC.IT

Mittente: BIO MASS IMPIANTI SRL
 Partita IVA: IT01749560155
 Codice fiscale: 01749560155
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA M.PAGANO, 28 - 20090 - TREZZANO S.N. (MI) IT
 Riferimento amministrativo: 4 SETTORE - UFFICIO

Cessionario/committente: COMUNE DI PALMA DI
 MONTECHIARO
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00736930843
 Codice Fiscale: 81000070847
 Sede: VIA FIORENTINO, 89 - 92020 - PALMA DI
 MONTECHIARO (AG) IT

FATTURA NR. 2/P DEL 04/04/2016

Importo totale documento:

16.610,00 (EUR)

Importo da pagare :

15.100,00 (EUR)

Causale: FATTURA PA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	NOTA (VUOTO)	RIF. D.D.T. N° 688 / 16 DEL 04/04/2016			0,000000	0,00	10,00%
2	NOTA (VUOTO)	DETERMINA DIRIGENTE U.T.C. N.133 DEL 21/3/16 R.G.382 22/3/16			0,000000	0,00	10,00%
3	MERCE 741010	FS001/IT MISURATORE DI PORTATA MAINSTREAM IN VERSIONE BASE	1.00	NR	5142,000000	5.142,00	10,00%
4	NOTA (VUOTO)	COMPLETO DI SENSORE DI VELOCITÀ IMMERSO AD ULTRASUONI			0,000000	0,00	10,00%
5	NOTA (VUOTO)	CON ELABORAZION E DELLA MISURA IN 'COERENZA DI FASE'			0,000000	0,00	10,00%
6	NOTA (VUOTO)	CON 10 METRI DI CAVO			0,000000	0,00	10,00%
7	MERCE 201215	SHUTTLE + 200570 MISURATORE, TRASMETTITORE E REGOLATORE	1.00	NR	817,600000	817,60	10,00%
8	MERCE 705111	PIASTRA SUPPORTO SENSORE DI VELOCITÀ	1.00	NR	65,000000	65,00	10,00%
9	MERCE 200220	STAFFA UNIVERSALE STANDARD PORTASENSORE IN AISI 304	1.00	NR	25,000000	25,00	10,00%
10	MERCE 201455	713U-1121 MISURATORE DI PORTATA A MICROPROCE	1.00	NR	1451,400000	1.451,40	10,00%

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
11	MERCE 200220	STAFFA UNIVERSALE STANDARD PORTASENSORE IN AISI 304	1.00	NR	25,000000	25,00	10,00%
12	MERCE JA10CB10	EFCON@OMY-J VP-1X20 CAMPIONATORE AUTOMATICO	2.00	NR	3367,000000	6.734,00	10,00%
13	NOTA (VUOTO)	INCLUSI MANUALI E CD			0,000000	0,00	10,00%
14	MERCE _	CONFIGURAZIONE ED AVVIAMENTO IN CAMPO	1.00	NR	840,000000	840,00	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	133 21/03/16	Z091911618

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
688/16	04/04/2016

Trasporto

Vettore: SO.GE.DIM

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT10254810152

Altri dati:

Causale trasporto: VENDITA

Numero colli trasportati: 1

Descrizione beni trasportati: PALLET CM 80X120X H120

Peso:Lordo 120,00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	15.100,00	1.510,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)
Bonifico	15.100,00

Allegati

Nome	Formato
FATTURA PA 2016_04_04.PDF	PDF

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_2607565	Data richiesta	25/02/2016	Scadenza validità	24/06/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BIO MASS IMPIANTI SRL
Codice fiscale	01749560155
Sede legale	VIA MARIO PAGANO, 28 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
